

ASTM D 56

Appareil pour point d'éclair Tag

PORTÉE

Cette méthode d'essai couvre la détermination du point d'éclair, à l'aide d'appareil pour point d'éclair Tag manuel et automatisé, pour des liquides ayant une viscosité inférieure à 9.5 cst. à 25 °C et un point d'éclair inférieur à 93°C.

REF. 40600

Le modèle NTA 440, contrôleur entièrement automatique, est équipé d'une imprimante, d'une coupe et d'un couvercle, d'un support de coupe, d'une sonde Pt 100, d'un câble de détection et de tuyau gaz.

ACCESSOIRE OPTIONNEL

9923988 Cryostat modèle RC6CS (-35/+150 °C)
9923992 Cryostat modèle RK8KS (-45/+150 °C)

PIÈCES DE RECHANGE (pour 2 ans)

40380 Allumage électrique
40390 Papier imprimante Seyko DPU 414 (rouleau)
40602 Sonde Pt 100
40603 Jeu de fusibles
40610 Coupe TAG
40612 Câble de détection

40600 - TAG AUTOMATIQUE NTA 440

230 V
2.2 A
50 Hz
18 Kg
w 260 mm
d 535 mm
h 500 mm
sur demande
115V 60Hz



picture not mandatory